

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»
(ФБУ «Ростест-Москва»)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ RA.RU.311320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ АБ 0306983

Действительно до « 22 » марта 2022 г.

Средство измерений Комплект нагрузочный измерительный
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в
с регулятором РТ-2048-02 Госреестр № 30777-05

Федеральным информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской (серийный) номер 3673

в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с р.7 РШГА.411911.001РЭ
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.1.ZTT.2322.2018, 3.1.ZTT.1821.2016,
3.1.ZTT.0750.2014

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: _____

Атмосферное давление: 768 мм рт.ст.; Относительная влажность: 48 %;

Температура воздуха: 20,0 °С; Напряжение сети: 220 В;

Частота: 50 Гц

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов **первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.**

Знак поверки



Начальник отдела
должность руководителя подразделения

подпись

Крысанов Игорь Юрьевич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Герасимов Александр Владимирович
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки
« 23 » марта 2020 г.