

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



Федеральное бюджетное учреждение  
"Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области"  
(ФБУ "Ростест-Москва")

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ RA.RU.311320

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ АБ 0308804

Действительно до 23 марта 2021 г.

Средство измерений Барометр-анероид метеорологический  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в  
БАММ-1, Госреестр № 5738-76

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 446

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 2705-2013

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.1.ZTT.0667.2014

регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке  
при следующих значениях влияющих факторов:

Температура воздуха: 22 °С Относительная влажность: 50 %

Атмосферное давление: 764 мм рт.ст.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки

и.о. начальника отдела  
должность, руководителя подразделения

подпись

Колесников Александр Анатольевич  
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель  
24 марта 2020 г.

подпись

Введенский Александр Сергеевич  
фамилия, имя и отчество (при наличии)

За начальника  
отдела  
по приказу

М.А.Аминева